

SMR-2Y

多功能电力仪表检测标准源

使用说明书



让我们共同进入电能计量信息化时代！

南京鑫玛瑞电力科技开发有限公司

严重注意事项

- 1、当交流源或直流源运行在电流电压输出时，严禁把一切外部负载或测量工具连接电流电压的输出端。
- 2、输出端子不能作为输入用途，输入端子输入不得超出规定范围。
- 3、电压输出不得短路，电流输出不得开路。操作者启动输出电压、电流源之前应保证正确的外部连线，连线部分不能裸露，暂时离开时请关闭源输出！
- 4、电压、电流正在输出时请不要关机，特别是当高电压、大电流正在输出时，请先通过软件关闭源输出，然后再关闭仪器电源。
- 5、使用本设备时，必须提供可靠地 AC220V 电源，必须保证火线、零线和接地线线序正确，必须可靠地接地线，以保证操作者安全，保证指标不受影响，保证不会意外损坏设备
- 6、在本设备与其它设备联机通讯前应断开所有设备电源，然后再连接通信线，带电连接可能会对设备造成损坏。
- 7、标准仪器设备轻拿轻放，不得遮挡通风口，发现设备风机转动声响异常，主要是因长期灰层累积过多，影响风机转动，此时务必停止操作设备。
- 8、未经本公司允许，禁止私自拆开精密仪器，内有高压！
- 9、在测量或校验前，将设备预热 30 分钟以上。
- 10、直流输出 10A 20A 时请将电流升至 100%预热五至十分钟。

目 录

一、 产品概述.....	3
二、 主要特点.....	3
三、 主要技术指标.....	4
四、 面板说明.....	6
五、 操作说明.....	8

一、产品概述

SMR-2Y 多功能电测电能程控标准源是我公司根据国家电力行业相关标准及国家电网公司对电能质量的技术要求，系统分析国内外对电测技术及电能检定的研究水准，结合我公司多年研制电能电测产品技术积累研制而成。

SMR-2Y 多功能电测电能程控标准源采用高速交流采样、高精度 DDS 波形合成、高速数字信号处理器 (DSP)、先进的 FPGA 技术、大功率线性功放、嵌入式计算机系统等设计而成。适用于多功能数显表、RTU 交流采样、变送器、电能表、指示仪表的检定和校验，是电力系统用于电力产品检定和校准的理想设备。

本产品国内首创设备“内置工控机”（无需外接电脑）快速实现本机自动效验并保存数据等功能，广泛适用于电力、能源、铁路、石油化工及各科研单位等。

SMR-2Y 多功能电测电能程控标准源包含 0.05 级、0.1 级两种精度等级。

二、主要特点

- ◇ 紧凑而美观的表源一体化设计，体积小，重量轻。负载能力强。
- ◇
- ◇ 功能强大的校验软件，可自动检定各种多功能数显表、交流采样装置、指示仪表的各项指标。
- ◇
- ◇ 采用大功率线性功放电路，闭环输出。各项输出均采用动态负载自动调整技术，提高了输出的准确度。
- ◇
- ◇ 交流标准源输出频率可以 0.001Hz 细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以 0.01° 细度任意移相。
- ◇
- ◇ 可输出 2~31 次标准调制谐波，可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
- ◇
- ◇ 采用 8.4 寸大屏幕 TFT 真彩 LCD 显示屏，结合友好的图形化中文视窗界面显示，鼠标；键盘及面板按键操作简单、方便、直观，无需专门培训。
- ◇
- ◇ 功能齐全的快捷键，方便客户操作，一键到位，使用便捷，效率高。
- ◇
- ◇ 内置大容量的 FLASH ROM, 方便客户存贮检定结果数据以及将数据传输到上位计算机。
- ◇
- ◇ 备有数字旋转编码器，方便参数进行各种细度调节。
- ◇
- ◇ 采用大规模 FPGA 芯片设计自己的专用 IC 使电路简化并提高了可靠性。
- ◇
- ◇ 备有多重报警和保护功能，故障自行检测，可准确显示出故障类型，使用安全可靠。
- ◇
- ◇ 内置工控机，可自行检定，导出 WORD 文档测试报告，无需外接计算机。
- ◇
- ◇ 备有 232 串口，也可以外接计算机，完成检定等。

三. 主要技术指标

3.1 交流电压输出

量限: 600V (Max720V)、380V、220V、100V、57.7V
调节范围: (0-120)%RG RG 为量限, 下同
调节细度: 0.01%RG
准确度: 0.05%RG
稳定度: $\leq 0.02\%/2\text{min}$
失真度: $\leq 0.2\%$ (非容性负载);
输出负载: 20VA

3.2 交流电流输出

量限: 20A、(10A)、5A、2A、1A
调节范围: (0~120)%RG RG 为量限, 下同;
调节细度: 0.01%RG
准确度: 0.05%RG
稳定度: $\leq 0.02\%/2\text{min}$
失真度: $\leq 0.2\%$ (非容性负载)
输出负载: 20VA

3.3 功率输出

准确度: 0.05%RG
稳定度: 0.02%RG/2min

3.4 相位

调节范围: $0^\circ \sim 359.99^\circ$
分辨率: 0.01°
准确度: 0.05°

3.5 功率因数

调节范围: $-1 \sim 0 \sim +1$
分辨率: 0.001
准确度: 0.05%RG

3.6 频率

调节范围: 45Hz~65Hz;

分辨率: 0.001Hz
准确度: 0.05%RG

3.7 电压电流谐波设置

谐波次数: 2~31 次
总谐波含量: 0~40.00%
谐波相位: $0^{\circ} \sim 359.99^{\circ}$

3.8 直流测量:

电压测量范围: $0 \sim \pm 10V$ 测量误差: 0.05%RG
电流测量范围: $0 \sim \pm 20mA$ 测量误差: 0.05%RG

3.9 环境条件

工作温度: $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$
相对湿度: $\leq 85\%$

3.10 工作电源


AC220V $\pm 15\%$

3.11 外观尺寸及重量

外观尺寸: 440mm X 180mm X 450mm (4U 机箱)
重量: 约 25Kg

四、 面板说明


4.1 前面板



- 1 — 800*600TFT 真彩 LCD
- 2 — 带开关旋转编码器，可用于对输出量进行调节，或用于参数选择
- 3 — 功能键、数字键、控制键区
 - 【SHIFT】：复用切换键
 - 【ESC】：退出键
 - 【CLR】：清除键
 - 【0—9】：数字键
 - 【F1】、【F2】、【F3】：功能键
 - 【←】、【↑】、【→】、【↓】：上、下、左、右方向键
 - 【Enter】：确认键
 - 【U】：电压参数设置键
 - 【Ua】【Ub】【Uc】：分相电压参数设置键
 - 【I】：电流参数设置键
 - 【Ia】【Ib】【Ic】：分相电流参数设置键
 - 【PQ】：有功/无功功率参数设置键
 - 【L/C】：感性/容性功率因数切换键
 - 【F】：频率参数键
 - 【 ϕI 】：电流相位设置键
 - 【 ϕIA 】、【 ϕIB 】、【 ϕIC 】：电流分相相序指示键
- 4 — 快捷键区，都为快捷键，按下后直接产生相关功能
 - 【0.0L】、【0.5L】、【0.8L】、【1.0】、【0.5C】、【0.8C】、【0.0C】按键为 $\cos \phi$ 试验点快捷键
 - 【800%】【600%】【400%】【200%】【120%】、【110%】、【100%】、【90%】、【80%】、【70%】、【60%】、【50%】、【40%】、【30%】、【20%】、【10%】、【5%】、【0%】为 U、I 百分比试验点快捷键

- 5 — 直流电压源输出端子
- 6 — 直流电流源输出端子
- 7 — 交流电流源输出端子，黄、绿、红色端子分别为 A 相、B 相、C 相电流输出的正端；黑色端子分别为 A 相、B 相、C 相电流输出的负端。
- 8 — 交流电压源输出端子，黄、绿、红色端子分别为 A 相、B 相、C 相电压输出正端，黑色端子 U_n 为公共端

4.2 后面板



- 1 — 校验脉冲口。其中红，黑线-电能脉冲输入。绿，黑线-标频输出。(选配)
- 2 — 时钟脉冲口。其中红，黑线-时钟标准脉冲输出。(选配)
- 3 — 钳表接口。A, B, C 对应电流三相钳表。(选配)
- 4 — 测量输入接口。Ia, Iao Ib, Ibo Ic, Ico-三相外部电流输入高低端。
Ua, Ub, Uc, Un- 三相四线制电压输入 (选配)
- 5 — 变送器测量口。0-20mA, 0-±10V
- 6 — 485 通讯脉冲口。其中红线-485 脉冲 A。黑线-485 脉冲 B。(选配)
- 7 — RS232 口。选配功能。(选配)

三、操作说明

开机后显示主界面，根据不同的试验要求，选择相应的功能按键。



5.1 交流源

按面板下方对应的快捷键按钮进入“交流源”界面。

	U (V)	I (A)	P (W)	ϕ (°)
Ua	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
Ub	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
Uc	0.00000	0.00000	0.00000	0.000
$\Sigma P(W)=$		0.00000	$\Sigma Q(Var)=$ 0.00000	
ϕ UaUb	0.00	Qa	0.000	$\Sigma \cos \phi$ 1.000L
ϕ UbUc	0.00	Qb	0.000	f (Hz) 0.000
ϕ UcUa	0.00	Qc	0.000	

谐波设置	谐波关	谐波分析	矢量图	实测电量	关断
------	-----	------	-----	------	----

PT4
输出方式
合元
分元件
220V
电压档位
5A
电流档位
100%UI
U
I
ϕ
Fr
返回

1. 输出方式:

试验开始前，必须选择正确接线方式，选择项如下，按“ENTER”键确认。

- PT4(三相四线有功)、P32(三相三线有功)、
- QT4(三相四线无功)、Q32(三相三线无功)、
- Q90(三相四线 90° 无功)、Q60(三相三线 60° 有功)、
- Q33(三相三线无功，升 Ub 电压)、
- P (单相有功，使用 C 相)

2. 分元件:

选择项：A 元、B 元、C 元、合元，按“ENTER”键确认。

3. 电压档位：

选择项：600V、380V、220V、100V、57.7V、15V，按“ENTER”键确认。
可以通过数字键设置任意合法的电压量程，按“ENTER”键确认。

4. 电流档位：

选择项：20A、10A、5A、2A、1A、0.2A，按“ENTER”键确认。
可以通过数字键设置任意合法的电流量程，按“ENTER”键确认。

5. 100%UI：

同时升 100%UI 的幅值，

注：按此键必须保证设备连线完好，设置信息正确，以免损坏被测设备和本仪器。

5. U、I、 ϕ 、FR：

通过数字键设置任意合法的数据，再选择功能键调节输出。

6. 快捷键操作：

【电压】：

按下“U”“Ua”“Ub”“Uc”命令键后，可执行的操作有以下几类：

1. 再按百分比按键“0%”——“120%”则直接输出当前按键的百分比值。
每次操作都是按命令键+百分比。
2. 旋转编码器，顺时针上升逆时针下降。
3. 按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。
按数字键输入电压实际值，再按“U”“Ua”“Ub”“Uc”命令键中任意一个，则输出当前值。自定义百分比 $\leq 120\%$ ，否则输入无效。
在当前电压命令键按下后，再次按下的键值如果不是百分比、“ENTER”、数字键，则视为无效按键，同时撤销当前电压命令键。

【电流】：

按下“I”“Ia”“Ib”“Ic”命令键后，可执行的操作有以下几类：

1. 再按百分比按键“0%”——“120%”则直接输出当前按键的百分比值。
每次操作都是按命令键+百分比。
2. 旋转编码器，顺时针上升逆时针下降。
3. 按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。
按数字键输入电压实际值，再按“I”“Ia”“Ib”“Ic”命令键中任意一个，则输出当前值。自定义百分比 $\leq 120\%$ ，否则输入无效。
在当前电流命令键按下后，再次按下的键值如果不是百分比、“ENTER”、数字键，则视为无效按键，同时撤销当前电流命令键。

【功率】：

输入合法功率值，并按下“PQ、PQa、PQb、PQc”命令键。实现调节功率输出，调节模式电压为额定电压，电流值大小由输入的功率值来定。一般功率输入框中的值不能超过电压量程×电流量程×1.2的值，否则输入无效。

【频率】:

按下“Fr”命令键后，可执行的操作有以下几类：

1. 按数字键输入频率实际值，再按“ENTER”命令键，则输出当前值。
2. 旋转编码器，顺时针上升逆时针下降。
3. 按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。

【电压电流相位】:

按下“ ϕI ”“ ϕIa ”“ ϕIb ”“ ϕIc ”命令键后，可执行的操作有以下几类：

1. 再按功率因素按键“0.0L”——“0.0C”则直接切换相位。每次操作都是按命令键+功率因素。
2. 旋转编码器，顺时针上升逆时针下降。
3. 按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。

按数字键输入相位实际值，再按“ ϕI ”“ ϕIa ”“ ϕIb ”“ ϕIc ”命令键中任意一个，则输出当前相位值。

注意：公共框可以输入功率因素，比如：输入0.25然后再按快捷键“L/C”，选择是“0.25L”或是“0.25C”，输入完后按“ENTER”确认。

在当前电流相位命令键按下后，再次按下的键值如果不是功率因素键或“ENTER”或数字键，则视为无效按键，同时撤销当前电流相位命令键。

【电压相位】:

按下“ ϕUa ”“ ϕUb ”“ ϕUc ”命令键后，可执行的操作有以下几类：

1. 再按功率因素按键“0.0L”——“0.0C”则直接切换相位。每次操作都是按下命令键+功率因素。
2. 按数字键输入相位实际值，再按“ ϕU ”“ ϕUa ”“ ϕUb ”“ ϕUc ”命令键中任意一个，则输出当前相位值。

注意：公共框可以输入功率因素，比如：输入0.25然后再按快捷键“L/C”，选择是“0.25L”或是“0.25C”。

注意：在当前电压相位命令键按下后，再次按下的键值如果不是功率因素键或“ENTER”或数字键，则视为无效按键，同时撤销当前电压相位命令键。

当某个命令按键被按下后，如果公共输入框值为空，则按下“CLR”键可以撤销当前命令按键。

7. **关断：**按此键 UI 降为零。

8. **谐波关：**

在此按键状态下不可以设置谐波，按下后切换到“谐波开”按键状态，此时可以设置谐波。



10. **谐波设置：**


电压偶次谐波	幅值(%)	相位	电压奇次谐波	幅值(%)	相位	
<input checked="" type="checkbox"/> 二次谐波	10	30	<input type="checkbox"/> 三次谐波			2次
<input type="checkbox"/> 四次谐波			<input type="checkbox"/> 五次谐波			4次
<input type="checkbox"/> 六次谐波			<input type="checkbox"/> 七次谐波			6次
<input type="checkbox"/> 八次谐波			<input type="checkbox"/> 九次谐波			8次
<input type="checkbox"/> 十次谐波			<input type="checkbox"/> 十一次谐波			10次
<input type="checkbox"/> 十二次谐波			<input type="checkbox"/> 十三次谐波			12次
<input type="checkbox"/> 十四次谐波			<input type="checkbox"/> 十五次谐波			14次
<input type="checkbox"/> 十六次谐波			<input type="checkbox"/> 十七次谐波			16次
<input type="checkbox"/> 十八次谐波			<input type="checkbox"/> 十九次谐波			18次
<input type="checkbox"/> 二十次谐波			<input type="checkbox"/> 二十一次谐波			20次

注意：您最多只能同时选择 5 种谐波！
 电能误差试验中启用谐波功能 输入框


电压 偶次 22-31 幅值 确定 取消

- (1) 电压和电流：选择设置电压和电流谐波；
- (2) 偶次和奇次：选择右侧菜单按键显示偶次项和奇次项；
- (3) 2-21 和 21-31：选择设置谐波次数；
- (4) 幅值和相位：选择设置谐波百分比和相位；
- (5) 确定：对当前设置进行操作，计算谐波数据，等待时间大约 60S，然后可以返回进行调幅操作。


11. 谐波分析：



- (1) 柱状图显示百分比：0-100、0-10、0-1；
- (2) 显示谐波次数范围：0-7、8-15、16-23、24-31；
- (3) 显示谐波类型：UA、UB、UC、IA、IB、IC
- (4) 显示信号源波形：




12. 矢量图:



5.2 电能检定

按下“电能检定”快捷按钮进入下面界面。



1. 单点检定

	U (V)	I (A)	P (W)	Q (Var)	P32
Uab	0.000	0.00	0.00	0.00	输出方式
					合元
					分元件
Ucb	0.00	0.00	0.00	0.00	100V
					电压档位
Σ P(W)=		0.00	Σ Q(Var)=		0.00
		φ IaUab	0.00	Σ COS φ	0.000
				f (Hz)	0.000
φ UcbUab	0.00	φ IcUcb	0.00		
常数	16000000	Error(%)=			100%UI
圈数	5				U
					I
					φ
					Fr
					返回

谐波设置 谐波 矢量图 表常数 校验开始 关断

- (1). 电压、电流和相位等按键操作可以参考“交流源”操作规程;
- (2). 设定表常数和圈数;
- (3). 校验开始:表示电能表误差校验开始, 再按则停止校验。

2. 多功能

局编号	表常数	表地址	局编号
000420000	16000	000004281126	表常数
通讯规约			DL/T 645-南京蓝星仪表
电表名称	电表型号	表地址	
三相三线多功能电能	DSSD2828	通讯规约	
出厂编号	出厂日期	电表名称	电表型号
0000420000	2008-05-22	电表名称	电表型号
制造厂家	(新增)...	制造厂家	制造厂家
【电能表量程信息】			
基程	接线方式	电压(V)	电流(A)
基本量程	三相三线有功	100	1.5
			等级
			0.1S
设置量程	读表地址	设表地址	检定
			返回
			电表密码
			详细信息

(1). 表资产信息：量程和表常数必须正确填写外，其它根据需要填写。

注意：多功能试验时必须要有电表通讯地址和通讯格式。

(2). 设置量程：

局编号	表常数	表地址	局编号
000420000	16000	000004281126	表常数
通讯规约			DL/T 645-南京蓝星仪表
电表名称	电表型号	表地址	
三相三线多功能电能	DSSD2828	通讯规约	
出厂编号	出厂日期	上一个	下一个
0000420000	2008-05-22	更改	增加
制造厂家	(新增)...	删除	删除
【电能表量程信息】			
基程	接线方式	电压(V)	电流(A)
基本量程	三相三线有功	100	1.5
			等级
			0.1S
设置量程	读表地址	设表地址	检定
			返回
			电表密码
			详细信息

a. 通过更改、增添和删除进行量程设置。

b. 通过“上一个”和“下一个”量程信息。

(3). 读表地址：选择通讯规约，读出当前表的地址。

(4). 设置表地址：选择通讯规约和电表设置操作，修改表地址。

(5). 电表密码设置：系统提供 4 级密码验证。

注：必须与用电系统资产里的厂家一致或含有厂家关键字，如： 皓深 宁达 皓宁达 皓能 其中必须有“皓宁达”字样	0级密码	输入密码：*****	确认密码：*****	0级输入
	1级密码	输入密码：*****	确认密码：*****	0级确认
	2级密码	输入密码：*****	确认密码：*****	1级输入
	3级密码	输入密码：*****	确认密码：*****	1级确认
电表厂家名称	写入表参数用	0	级密码	2级输入
	(需量)清零用	0	级密码	2级确认
	(电量)清零用	0	组密码	3级输入
厂家名称	写入密码	需量清零	电量清零	3级确认
			保存	
			关闭	

注意：区别写数据和清零可能采用不同等级的密码，具体操作请参照相关规程。

(6). 检定：



A. 基本误差：电能误差和标准偏差试验



- a. 通过上下键试验点。
- b. 校验：依次按顺序自动进行
- c. 停止：结束校表或调表状态。
- d. 审核：对校验结果进行审核并保存。
- e. 返回：保存当前校验结果到临时数据库，下次进入校验界面时将调出这些数据，但有些情况下，将不再调出这些数据：如：更改了误差采样次数、标偏采样次数，修改了校验点
- f. 稳定时间：可以自定义系统稳定时间。
- g. 参数设置：设置电能及标偏的参数。



- (a). 平衡点：选择、增添和删除平衡负载校验点



通过方向键选择校验点，再按“ENTER”键选择或取消当前点

(b). 分元点和不平衡点：同上。

(c). 参数设置：

校验点由电流比值（列）、功率因数（行）交叉，空白表示不选，用鼠标点击时将出现数值，此数值表示该点所处的校验顺序位置，但有可能列出的电流百分比不满足用户的需要，而有些电流百分比又不需要，此时可以将不需要的电流百分比修改成您需要的值



如果需要修改对应的平衡点、分元点、不平衡点的校验点，则选择所需要修改的校验点对应的快捷键按钮，此时在对应的按钮上会出现一个空白框，输入所需的校验点值，再次按“ENTER”确定。（注意：校验点重复无效，如果输入值为 0 则默认为是 I_{MAX}。），再次按“修改点”按钮，则又回到上个界面所示。

- (d). 可选接线：选择可选的接线方式，再按“增添”，添加到“已选接线方式”；
- (e). 删除：删除“已选接线方式”；
- (f). 正向电流和反相电流：当前校验点的电流方向切换；
- (g). 预热时间：升起额定电压和电流，直到预热时间结束，自动进入校验；
- (h). 启动试验：选择或取消启动试验；
- (i). 潜动试验：选择潜动试验项，可多选；
- (j). 清除：清除选点记录；
- (k). 保存：保存选点结果；

注意：各种类型选点，都是对应某个表的类型、接线方式、量程、等级的组合，

系统会在选点窗口关闭时按上述组合保存，对于下次按上述组合设置的表，校验时不必再进行选点。

在按下“保存“或”关闭“按钮后，进入电能校验参数设定；

注意：在设置校验点时，接线方式选择最好包括了量程界面中的基本量程或其他量程信息，否则在当前量程下，如果无校验点则在误差界面的校验点也将为空。

h. 电能校验参数设定

电能校验参数设定			
内控误差下限(%):	80	内控误差上限(%):	80
校验圈数:	1	校验脉冲方式:	方式1
基本误差采样次数:	3	分频系数:	1
标准偏差采样次数:	5	轻载电流定义(%Ib):	5
校验合格表状态改为:	新表	轻载时校验圈数:	1
校单相表时的工作相:	C相	<input checked="" type="checkbox"/> 正反向校验	<input type="checkbox"/> 正相序
确定		取消	正相序 正反向检

- 误差下限
- 误差上限
- 校验圈数
- 脉冲方式
- 误差次数
- 标偏次数
- 分频系数
- 轻载电流
- 表状态
- 校验圈数

B. 走字试验：根据可选走字点进行各种走字试验

电压: [100V]	Φ	A	B	C	标准表: 0.0000 kWh	基本误差
电流: [1.5A]	U				当前点: kWh	走字试验
相位: 0.0°	I					日计时
记录始度...						时段投切
化整结果	★局编号: 000420000					需量示值
稳定时间(秒): 10	记录始度					需量周期
示度确认	走: 0.8L 40%Ib峰					记度器
	走: 1.0 Imax平					表底数
	走: 0.8L Imax峰					审核
	常数误差					参数设置
↑	↓	稳定时间	走字	停止	返回	

C. 日计时试验（可选项）

电压: [100V]	Φ	A	B	C	基本误差	
电流: [0.0A]	U				走字试验	
相位: 0.00° 频率: 50Hz	I				日计时	
误差限: -0.5~0.5s/d					时段投切	
时钟基准法	采样时间: 10 秒	采样次数: 1			需量示值	
手工输入	被校时钟脉冲频率: 20 Hz				需量周期	
★局编号: 000420000					记度器	
日时钟误差(秒)					表底数	
					审核	
↑	↓	时钟基准	校验	停止	返回	参数设置

D. 时段投切试验



- ①. 可以设置任意多个时段投切点进行试验，采用高精度的计时器记录试验进行的时间，当检测到时段投切信号时，计算第一时段的投切误差：即检测到的实际投切时间和理论投切时间的时间差。
 - ②. 规程要求时段投切误差不大于 5 分钟，所以试验时，设置好各时段投切点后，通讯将各表的时间设置为该时段投切点的 5 分钟前，这样在时段投切点的正负 5 分钟内接受到投切信号就可以认为该时段投切合格，否则不合格。
 - ③. 界面上显示的时段投切点是通过 485 从各表里读出来的数据。做“时段投切”前，可以先通过“测试模式”读出各时段投切点。
 - ④. 界面最后结果显示为：时间差（秒）。
- E. 需量示值试验

为防止多次需量复位，在设置需量试验点时应注意按功率值由小到大设置需量点。



- ①. 检定前先要把脉冲接线的一端接到装置表位的“周期时钟”口上，另一端跟被检表的接线口相连。界面中的“区间”和“滑差”选项是直接从表中读取出来的需量误差积算方式，不需要手动设置。
- ②. 如果是“区间”计算方式，则所需试验时间为：2 个需量周期时间+滑差时间；如果是“滑差”计算方式，则所需试验时间为：一个需量周期时间+滑差时间。
- ③. 表位界面显示结果为：电量误差百分数。
点击需量示值误差的“参数设置”后，就出现了如下图的参数。

需量试验点	电压U%	电流Ib%	功率因数	选中
1	60	80	0.8L	√
2	60	100	1.0	√
3	70	20	0.8L	×
4	80	50	1.0	√
5	100	100	1.0	×
6	100	I _{max}	1.0	×

允许编辑

允许编辑 缺省 确定 取消

需量试验点可达六种：试验点的电压、电流及功率因数可以任意设置，选择”允许编辑”，就能修改相应的值，必须保证试验点的电流是由小到大的设置。

F. 需量周期试验（可选试验项）

电压: [100V] 电流: [1.5A] 相位: 0.00° 频率: 50Hz 误差限: []

滑差时间(分): [1] 需量周期(分): [15]

局编号: 000420000 表编号: 000004281126

08:30:00

↑ ↓ 校验 停止 返回

基本误差 走字试验 日计时 时段投切 需量示值 需量周期 记度器 表底数 审核

- ①. 检测一个或几个需量周期，系统用标准时钟记录两个需量周期信号之间的时间间隔和输入（被测）的需量周期进行比较，计算出一个或几个需量周期的误差
- ②. 输入的需量周期以分钟计，由于现在大多数表采用滑差方式计算需量，所以要每分钟(或一个滑差时间)记录一个脉冲，当记完一个完整的需量周期后，计算误差。误差限为一个需量周期的 1%

G. 校核记度器示数试验

系统与被试表进行通讯读取峰、平、谷各阶段电量和总电量，计算计度器组合误差。

电压: [100V] 电流: [1.5A] 相位: 0.00 频率: 50Hz 误差限(%):

稳定时间(秒): [15] 局编号: 000420000 时段起止: 12:00:00 预走电能: 7

谷: 1.0 100% 平: 0.5L 80% 峰: 1.0 I_{max} 尖: 1.0 I_{max} 总示数 记度器误差

↑ ↓ 稳定时间 校验 停止 返回 参数设置

基本误差 走字试验 日计时 时段投切 需量示值 需量周期 记度器 表底数 审核 参数设置

点击校核记度器示数的“参数设置”后，就出现了如下图的参数。

试走时段	试走电能(度)	电压U%	电流Ib%	功率因数
时段-谷	7	100	100	1.0
时段-平	4	80	80	0.5L
时段-峰	3.0	100	I _{max}	1.0
时段-尖	3.0	100	I _{max}	1.0

允许编辑

允许编辑 缺省 确定 取消

用于检验分时表各时段分时电量与总电量之间的差值误差，走字点设置可参考需量点的设置。

H. 读取表底数等

可以读取多种情况下的表底数。界面如下：

读表底数

局编号: 000420000

表地址: 000004281126

反向有功最大需量	
反向无功最大需量	

A B C

↑ ↓ 读取 停止 返回

基本误差
走字试验
日计时
时段投切
需量示值
需量周期
记度器
表底数
审核
参数设置

备注：界面显示结果为：电量值。

点击读取表底数的“参数设置”后，就出现了如下图的参数。

有功底数

<input type="checkbox"/> 正向有功总电量	<input type="checkbox"/> 反向有功总电量
<input type="checkbox"/> 正向有功峰电量	<input type="checkbox"/> 反向有功峰电量
<input type="checkbox"/> 正向有功平电量	<input type="checkbox"/> 反向有功平电量
<input type="checkbox"/> 正向有功谷电量	<input type="checkbox"/> 反向有功谷电量
<input type="checkbox"/> 正向有功尖电量	<input type="checkbox"/> 反向有功尖电量

无功底数

<input type="checkbox"/> 正向无功总电量	<input type="checkbox"/> 反向无功总电量
<input type="checkbox"/> 正向无功峰电量	<input type="checkbox"/> 反向无功峰电量
<input type="checkbox"/> 正向无功平电量	<input type="checkbox"/> 反向无功平电量
<input type="checkbox"/> 正向无功谷电量	<input type="checkbox"/> 反向无功谷电量
<input type="checkbox"/> 正向无功尖电量	<input type="checkbox"/> 反向无功尖电量

需量示值

<input type="checkbox"/> 正向有功最大需量	<input checked="" type="checkbox"/> 反向有功最大需量
<input type="checkbox"/> 正向无功最大需量	<input checked="" type="checkbox"/> 反向无功最大需量

有功总
有功峰
有功平
有功谷
有功尖
无功总
无功峰
无功平
无功谷
无功尖

保存 关闭 有功需量 无功需量 正向 反向

3. 结果查询

按日期		2007-10-10	~	2008-09-17	按表号	~	基本误差
序号	局编号	校验日期	检定性质	调后	检定结论	检定员	校验员
1	107569651	2007-10-10	首次检定	*	合格	尹承启	甘泉
2	107569652	2007-10-10	首次检定	*	合格	尹承启	甘泉
3	107569653	2007-10-10	首次检定	*	合格	尹承启	甘泉
4	107569654	2007-10-10	首次检定	*	合格	尹承启	甘泉
符合查询条件的记录数: 48							
量程	接线方式	电流方向	电压(V)	电流(A)	经互感器	常数	等级
1	单相有功	正向	220	10(40)	否	36000	2.0
不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格
误差	校验点名称	平均值	化整值	采样值(1..N)次			
1	1.0 Imax	-0.0183	+0.0	-0.0166,-0.0199			
2	0.5L Imax	+0.0544	+0.0	+0.0555,+0.0533			
3	1.0 150%Ib	-0.0222	-0.0	-0.0222,-0.0222			
4	0.5L 150%Ib	+0.0801	+0.0	+0.0756,+0.0845			
5	1.0 100%Ib	-0.0264	-0.0	-0.0253,-0.0275			
日期	量程	←	→	删除数据	删除量程	关闭	



4. 结果审核

000420000		基本误差
量程		走字试验
校验点		时段投切
限值		记度器
[限值化]		需量示值
		需量周期
		日计时
		表底数
打印合格证		录入表底数
保存		关闭

5. 用户误差限

用户根据实际要求自定义误差限，误差上、下限取值是任意的

分类	感应式安装型	接线方式	单相有功	等级	1.0	止逆
启动电流(Ib)	0.04	(止逆)	0.09	脉冲数下限	3000	常数误差限
经互感器						
负载电流	功率因数					
	1.0	0.5L	0.5C	0.8L	0.8C	0.25L 0.25C
Imax	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
400%Ib	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
250%Ib	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
200%Ib	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
150%Ib	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
120%Ib	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
100%Ib	-1,+1	-1,+1	-2.5,+2.5	-1,+1	-1,+1	-3.5,+3.5
80%Ib	-1,+1	-1,+1	-2.5,+2.5	-1,+1	-1,+1	-3.5,+3.5
50%Ib	-1,+1	-1,+1	-2.5,+2.5	-1,+1	-1,+1	-3.5,+3.5
20%Ib	-1,+1	-1,+1	-2.5,+2.5	-1,+1	-1,+1	-3.5,+3.5
10%Ib	-1,+1	-1.5,+1.5	-1,+1	-1,+1	-1.5,+1.5	-1,+1
5%Ib	-1.5,+1.5	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1	-1,+1
标前限:	1.0 100%Ib:	2	1.0 50%Ib:	2		
	0.5L 100%Ib:	2	0.5L 50%Ib:	2		
分类	接线方式	等级	启动电流	保存	关闭	

附录：电能脉冲输入/输出线

脉冲线输入定义：
 红色：脉冲输入
 绿色：标频输出
 黑色：地线

5.3、仪表检定

包括仪表检定和同步表检定

同步表检定

U=100V F=50Hz

	U (V)	F (Hz)	Φ (°)
Uab	0.000	0.00	0.00
Ucb	0.000		
初始设置	100	50	0

U微调
↑ 0.01%
↑ 0.1%
↑ 1%
↑ 10%
↕ 方向
✕ 返回

同步表试验（选项）：设置初始电压、初始频率和相位进行试验

计量编号: 200809-0001 仪表名称: 222 温度(°C): 20
 仪表型号: 10 仪表规格: 1 湿度(%): 65
 出厂编号: 111 制造厂家: 2 检定日期: 2008-12-16

量程	校验点	读数↑	误差↑	读数↓	误差↓	均差	变差	最大误差	最大变差
100V	100.000V								
	90.000V								
	80.000V								
	70.000V								
	60.000V								
	50.000V								
	40.000V								
	30.000V								
	20.000V								
	10.000V								

检定设置
检定
插入仪表
插入型号
编辑型号
自动编号
退出

1. 检定设置:

校验项目 型式 相序 等级 检定结论 备注 有效期 已检
 交流电压 单相 - 1.0
 交流电压 单相 - 1.0

按点数: 10点 按间距: 10

按间距: **100.000V**

量程	基本	满量程	U1/U2	引差	已检
100V	*	11	100V/10V	↕	

量程	校验点	读数↑	误差↑	读数↓	误差↓	均差	变差	最大误差	最大变差
100V	100.000V								
	90.000V								
	80.000V								
	70.000V								
	60.000V								
	50.000V								
	40.000V								
	30.000V								
	20.000V								
	10.000V								

仪表信息
检定
上下点
设置结论
结果查询
退出

- (1). **【仪表信息】**: 按下此键后进入仪表检定信息设置。
- (2). **【检定】**: 按下此键后开始检定。
- (3). **【上下点】**: 对单点校验而言, 可以上下选择需要单点校验的校验点。


- (4). **【设置结论】**: 设置当前检定项目的检定结论, 再“保存结论”。
- (5). **【结果查询】**: 按下此键后进入检定结果界面。

【打印】: 报表打印。

1. 先按方向键选择检定记录项, 然后按“打印”出现如下界面

按“向上翻”和“向下翻”设置打印信息, 最后再按“确定”进行打印。

2. 检定




(1). 设置结论



设置当前检定项目的检定结论，再“保存结论”。

3. 插入仪表



- (1). 增加：添加新的仪表内容
- (2). 编辑：更改当前仪表信息
- (3). 删除：删除当前行的仪表型号信息。

4. 插入型号

检定项目	制式	电流方向	等级	量程	基本	满格数	U1/U2	升降
交流电压	单相	-	1.0	100V	*	11	100V/10V	↑↓
交流电流	单相	-	1.0					

- (1). 循环项目：上下切换当前已经设定过的检定项目信息
- (2). 添加项目：添加新的项目信息
- (3). 删除项目：删除当前选定的项目信息
- (4). 设置量程：选定或添加一个项目后，对当前项目的量程进行添加或重新设置

检定项目	制式	电流方向	等级	量程	基本	满格数	U1/U2	升降
交流电压	单相	-	1.0	100V	*	11	100V/10V	↑↓
交流电流	单相	-	1.0					

点击“输入量程”：

检定项目	制式	电流方向	等级	量程	基本	满格数	U1/U2	升降
交流电压	单相	-	1.0	100V	*	11	100V/10V	↑↓
交流电流	单相	-	1.0					

- (1). 循环量程：切换当前项目下的两个以上量程信息
- (2). 删除量程：删除当前选定的量程信息
- (3). 添加量程：添加当前项目下的新的量程
- (4). 改变升降：改变当前项目下的量程信息里的方向
- (5). 保存：保存更改过的有效项目信息

5. 编辑型号

同“插入型号”界面。先添加项目，然后再设置量程。最后再点“保存”。

5.4 变送器检定

变送器名称: 交流电压	额定输入: 5 — 100 V	名称
型号:	电压量程: 电压量程限: 1A	型号
编号: 99C12259	接线方式: V 输出类型: 电流	编号
等级: 0.5	输出范围: 4 — 20 mA	等级
检定单位:	输入实测: 输出实测: 0.00000	检定单位
报表号:		报表号
仪表量程:	量程 电压 输入标准 输出标准 输出实测 引用误差 修约值	查询
响应时间:		退出
调测试点:		
调参数:		
调默认点:		
变送器参数	一般参数	测试参数
	测试	保存
	打印设置	

1. 变送器参数:

必须设置以下信息

- (1). 变送器名称: 选择变送器类型 (指输入类型), 必须在关闭信号源后切换类型;
- (2). 额定输入;
- (3). 电压量限和电流量限: $\leq 120\%$ 额定量程;
- (4). 接线方式;
- (5). 输出类型: 选择变送器输出类型电压或电流;
- (6). 输出范围: 由变送器的输出类型而定。

2. 一般参数: 在没有鼠标操作时, 设置按键操作。

变送器名称: 交流电压	额定输入: 5 — 100 V	额定输入
型号:	电压量程: 100V 电流量限: 1A	输出类型
编号: 99C12259	接线方式: V 输出类型: 电流	电压量限
等级: 0.5	输出范围: 4 — 20 mA	电流量限
检定单位:	输入实测: 输出实测:	输出范围1
报表号:		输出范围2
仪表量程:	量程 电压 输入标准 输出标准 输出实测 引用误差 修约值	接线方式
响应时间:		其他参数
调测试点:		查询
调参数:		退出
调默认点:		
变送器参数	一般参数	测试参数
	测试	保存
	打印设置	

其他参数: 用户信息录入



选择【在线检定】进入：



1. 选择【线路】进入：



a、【RTU 新增】、【RTU 保存】、【RTU 确定】：

选择【RTU 新增】在“RTU 设置”这一栏填入相关值，点击【RTU 保存】。如果要让“装置型号”出现在“线路设置”信息框中，则需要再点击【RTU 确定】。如下图：

线路设置

所属厂站:
 线路名称:
 装置型号:
 安装位置:
 出厂编号: TV: [220k] / [220]
 出厂日期: TA: [100] / [5]
 接线方式: [Y型] 检验周期:

RTU设置

项目	值
装置型号	3
生产厂家	3
装置名称	3
U等级	3
I等级	3
P等级	3
Q等级	3
F等级	3
RT等级	3

按钮: 线路新增, 保存, 项目, TV1, TV2, TA1, TA2, 线制, 返回, 退出, RTU新增, RTU保存, RTU编辑, RTU删除, RTU确定

b、【线路新增】:

选择【线路新增】按钮，在“线路设置”一栏填入相关值，点击【保存】。

c、【线路确定】:

在“线路设置”左侧框中先选择线路，然后点击【线路确定】，进入实际试验。

2、返回[仪表检定]界面中选择检定方式（手动、半自动、全自动）

a、进行好如上设置后，在[仪表检定]界面点击【开始】进行检定。

另：【暂停】—暂停检定，【停止】—停止检定

b、检定完之后，点击【保存】进行数据保存

c、完成后，返回主界面，点击【查询打印】即可进入[查询打印]界面如下

选择检定日期: 2009-03-12 ~ 2010-03-12 [查询]

检定编号 (日期)	所属厂站	检定线路
20091023092525	XX厂站	xx线路
20100312143232		

选择好日期后，点击【查询】按钮，将显示该段时间所有的检定记录在所查询的记录上双击，即可进入[打印预览]

点击【报表中添加一次值】，即可切换是否显示一次值，设置好之后，点击【导出】可以导入到 Word 中显示。

选择【离线检定】进入:

1. 检定设置:

- (1). **【仪表信息】**: 按下此键后进入仪表检定信息设置。
- (2). **【检定】**: 按下此键后开始检定。
- (3). **【上下点】**: 对单点校验而言，可以上下选择需要单点校验的校验点。
- (4). **【设置结论】**: 设置当前检定项目的检定结论，再“保存结论”。
- (5). **【结果查询】**: 按下此键后进入检定结果界面。

- (5) . **【打印】**: 报表打印。

按方向键选择检定记录项，按“打印”出现如下界面，设置相应的打印信息。

上页		检定单位	检定单位
检定单位		证书类别	证书类别
证书类别		送检单位	送检单位
送检单位		委托要求	定期校验
委托要求	定期校验	一次设备名称	一次设备名称
一次设备名称		仪表名称	仪表名称
仪表名称		仪表型号	仪表型号
仪表型号		仪表规格	仪表规格
仪表规格		制造厂家	制造厂家
制造厂家		出厂编号	出厂编号
出厂编号			
向上翻	向下翻	↑	↓
		确定	返回

5.6 RTU 交流测量功能（标准表）

1. 开机界面选择“RTU”（如下图）



2. 选择“在线检定”进入（如下）点击“直/（钳）”因默认是“钳表功能”要更换成“直接测量模式”（标准表），点击“开始”测量功能打开。



注：输入信号端口在设备后背板，要注意正确接线。

5.7 直流测量:

主界面下选择“交流源”，鼠标双击 Ua（如下图），点击 DCU 即可测量直流（0—10V），点击 DCI 即可测量直流电流（0—20MA）。



5.8 电能标频常数:

	标频常数表（低频FL）		
	0.2A	2A	20A
57.7v	360000	36000	3600
100v	180000	18000	1800
220v	90000	9000	900
380v	45000	4500	450

5.9 PC 机控制与工控机控制切换(可选项):

如果用外部 PC 机连接装置，必须首先把红色按钮按下（装置后背板有红色按钮，按下它，旁边有红灯亮），红灯亮，同时设备屏显屏保（白屏）状态可以外接 PC 机；红灯灭，设备屏显屏保解除，屏显正常，表示内部联机。

5.9 系统设置（用户不要随意修改内容）